

Република Србија
Дом Здравља „Мали Зворник“
-Комисија за јавне набавке-
Број: 3-15/1-2
Дана: 17.04.2015.године
Мали Зворник

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке добара – Лабораторијски материјал ЈН 3/15, Наручилац је дана 16.04.2015.године, путем електронске поште, примио од стране потенцијалног понуђача захтев за појашњење конкурсне документације са следећим питањем:

1. Питање: Да ли је могуће за ставку 2. Vakum epruvete za biohemiju sa trombinom у Партији II, понудити биохемијске вакутајнере са гел сепаратором који су такође намењени транспорту узорка?

Одговор: Вакум епрувете са гел сепаратором су нам неприхватљиве јер њиме неубрзавамо процес коагулације и време добијања серума.

2. Питање: Да ли је могуће понудити одговарајућу количину вакум епрувета за седиментацију (стаклена) са читавањем од 30 минута, уз испоруку одговарајућих сталака за седиментацију на коришћење?

Одговор: У лабораторији одрађујемо седиментацију са читавањем на 60 минута и тако издајемо резултате, што је у складу са референтном методом по Westergreenу.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**